

Предмет закупівлі: Монітор пацієнта Heaco G3D

Вимоги до предмету закупівлі:

- Предмет повинен бути новим та мати сертифікат відповідності отриманий в Україні;
- Наявність всіх відповідних документів, інструкцій;
- Гарантійний термін експлуатації приладу має становити не менше 1 рік.

Необхідні технічні характеристики приладу:

- 12-ти дюймовий ЖК-дисплей з високою роздільною здатністю (800x600) для чіткого відображення трендів;
- збереження інформації моніторингу до 96 годин;
- модуль вимірювання неінвазивного кров'яного тиску з захистом від перекачування манжети;
- настройка тривоги верхньої і нижньої межі;
- захист від дефібрилятора і електрохірургічного обладнання;
- джерело живлення-від мережі;
- вимірює ЕКГ, ЧСС, дихання, температуру, SpO<sub>2</sub>, артеріальний тиск;
- настроюються візуальні і звукові тривоги всіх життєво важливих параметрів пацієнта.

Відповідальна особа за напрямком закупівлі

(063)-217-69-74

Наталія ПОГРЕБНА

