

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням уповноваженої особи
від 14 серпня 2023 року

ПЕРЕЛІК ЗМІН

Про внесення змін в закупівлю за ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. Згідно ст. 24 п. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами) (далі-Закон), замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації замовник продовжує строк для подання тендерних пропозицій в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше 4 днів..

На підставі вищевказаного Закону в тендерну документацію внесенні наступні зміни:

У Тендерній Документації у додатку №2, найменування:

6	43970— Стерильний чохол для кабелю/провода/давач а/з онда	Чохол для обладнання 250x15см, СМС 3г/м2, стерильний, одноразового використання	Призначений для дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в медичних установах і захисту обладнання. Має бути виготовлений з матеріалу СМС щільністю не менше 35 г/м2, мати індивідуальне пакування, стерильний, стерилізація газова, оксидом етилену, термін придатності повинен складати не менше 3 років від дати стерилізації. Якість всіх матеріалів має бути підтверджена відповідними сертифікатами	шт	200
---	--	---	--	----	-----

Читати як:

6	43970 - Стерильний чохол для кабелю/провода/давач а/з онда	Чохол для обладнання 250x15см, СМС 35г/м2, стерильний, одноразового використання	Призначений для дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в медичних установах і захисту обладнання. Має бути виготовлений з	шт	200
---	---	--	--	----	-----

			матеріалу СМС щільністю не менше 35 г/м2, мати індивідуальне пакування, стерильний, стерилізація газова, оксидом етилену, термін придатності повинен складати не менше 3 років від дати стерилізації. Якість всіх матеріалів має бути підтверджена відповідними сертифікатами		
10	47780- Простирядло хірургічне загального призначення одноразового використання стерильне	Покриття 60х90см, поглинаюче, нестерильне, одноразового використання	Має бути виготовлене з матеріалу— целюлоза+абсорбент Нестерильне, пакування індивідуальне або групове, термін придатності повинен складати не менше 3 років від дати стерилізації. Якість всіх матеріалів має бути підтверджена відповідними сертифікатами	шт	2000

Читати як:

10	47780- Простирядло хірургічне загального призначення одноразового використання стерильне	Покриття 60х90см, поглинаюче, нестерильне, одноразового використання	Має бути виготовлене з матеріалу - целюлоза+абсорбент Нестерильне, пакування індивідуальне або групове, термін придатності повинен складати не менше 3 років від дати виготовлення. Якість всіх матеріалів має бути підтверджена відповідними сертифікатами	шт	2000
----	---	--	---	----	------

Уповноважена особа



Світлана ЛЕЩУК