

## Відкриті торги з особливостями на закупівлю товару

**Відповідно до пункту 51 Особливостей внесено зміни до тендерної документації:**

Гільйотинна голка 14G x 150 мм для біопсії м'яких тканин, сумісна з автоматичною біопсійною системою MAGNUM BARD **замінити на** Напівавтоматична голка для біопсії м'яких тканин 14 x 150 мм



**2. Додаток 2 до Тендерної документації «Технічна специфікація (медико – технічні вимоги)» викладено в новій редакції, а саме:**

в розділі «Загальні вимоги» в таблиці змінити назву найменування товару під № 4 - Гільйотинна голка 14G x 150 мм для біопсії м'яких тканин, сумісна з автоматичною біопсійною системою MAGNUM BARD на назву товару - Напіваавтоматична голка для біопсії м'яких тканин 14 x 150 мм

| № з/п | Найменування товару                                           | Одиниця виміру | Кількість | Медико технічні вимоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код закупівлі НК 024:2019                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4     | Напіваавтоматична голка для біопсії м'яких тканин 14 x 150 мм | шт             | 50        | Голка повинна поставлятись з коаксіальним інтрод'юсером з пірамідальним кінцем стилету, зі стилетом типу «трокар» та з ліквідатором голки. Канюля має бути типу «Menghini» та мати сантиметрове маркування й ковзаючий стоппер. Голка повинна брати зразки як 10 мм так і 20 мм. Інструмент повинен управлятись однією рукою щоб мати змогу контролювати хід процедури за допомогою УЗД датчика іншою рукою. Для оптимального забору матеріалу навіть в фіброзні утворення стилет повинен мати ультра гостру заточку. Розмір має бути: 14G, довжина 150 мм. | 47540 Голка для біопсії м'яких тканин, разового застосування |

Фахівець з публічних закупівель,  
уповноважена особа КНП «Дрогобицької  
міської лікарні №3» ДМР



Тетяна САВЧИН