


Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Южно-Українська АЕС»
Відділ охорони здоров'я

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інспектор ВП ЮУАЕС

 І. ПАНІН

«10» 06 2021 р.

Технічна специфікація до предмета закупівлі
Тонometr автоматичний Omron M2 Classic або еквівалент

ТСдоПЗ(т).23.0022.0197

ТСдоПЗ(т).23.0022.0197	Технічна специфікація до предмета закупівлі Тонометр автоматичний Omron M2 Classic або еквівалент	Аркуш	2
ВОЗ		Зміна	

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
ПОГОДЖЕНО			
Начальник ВОЗ		01.06.2021	Г. ХМІЛЄВСЬКА
РОЗРОБЛЕНО			
Інженер ВОЗ		01.06.2021	А. КИСЛИЦЯ

ТСдоПЗ(т).23.0022.0197	Технічна специфікація до предмета закупівлі Тонометр автоматичний Omron M2 Classic або еквівалент	Аркуш	3
ВОЗ		Зміна	

ЗМІСТ

	Стор.
1 Технічні характеристики предмета закупівлі	4
2 Комплектність поставки продукції	5
ДОДАТОК А	6
Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції	6
ДОДАТОК Б	8

ТСдоПЗ(т).23.0022.0197	Технічна специфікація до предмета закупівлі Тонометр автоматичний Omron M2 Classic або еквівалент	Аркуш	4
ВОЗ		Зміна	

1 Технічні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1 – Технічні характеристики предмета закупівлі

П.н.	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1	Модель	M2 Classic (HEM-7122-ALRU)	Вимоги замовника	
2	Дисплей	Цифровий ЖК-дисплей	Вимоги замовника	
3	Метод вимірювання	Оксиллометричний	Вимоги замовника	
4	Діапазон вимірювання тиску повітря у манжеті	0 – 299 мм.рт. ст	Вимоги замовника	
5	Точність вимірювання артеріального тиску	3 мм рт.ст.	Вимоги замовника	
6	Діапазон вимірювання частоти пульсу	40 – 180 уд/хв..	Вимоги замовника	
7	Точність вимірювання пульсу	5% від зачення	Вимоги замовника	
8	Розрахунок середнього тиску	Немає	Вимоги замовника	
9	Індикація аритмії	Так	Вимоги замовника	
10	Звуковий сигнал	Немає	Вимоги замовника	
11	П'ям'ять	60 вимірювань	Вимоги замовника	
12	Компресія	Автоматична, за допомогою повітряного компресора, керованого системою неформальної логіки	Вимоги замовника	
13	Декомпресія	Клапан автоматичного скидування тиску	Вимоги замовника	
14	Області вимірювання тиску	Плече	Вимоги замовника	
15	Елементи живлення	4 елементи живлення типу "AA" 1,5В або додатковий адаптер змінного струму (адаптер S, ВХІД: змінний струм (АС) 100-240 В, 50/60 Гц 10,12А	Вимоги замовника	
16	Джерело живлення	Постійний струм 6 В – 4 Вт (DC 6V)	Вимоги замовника	
17	Строк служби елементів	Прибл. 1000	Вимоги	

ТСдоПЗ(т).23.0022.0197	Технічна специфікація до предмета закупівлі Тонометр автоматичний Omron M2 Classic або еквівалент	Аркуш	5
ВОЗ		Зміна	

П.н.	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
	живлення	вимірювань (при використанні нових лужних елементів живлення)	замовника	
18	Вага електронного блоку	На більше 255 г (без елементів живлення)	Вимоги замовника	
19	Вага манжети	Не більше 170г	Вимоги замовника	
20	Висота електронного блоку, мм	80 мм	Вимоги замовника	
21	Ширина, електронного блоку, мм	103 мм	Вимоги замовника	
22	Довжина, електронного блоку, мм	129 мм	Вимоги замовника	
23	Габаритні розміри манжети, мм	594 x 145 мм	Вимоги замовника	
24	Розмір манжети	22 – 42 см	Вимоги замовника	
25	Матеріал манжети/трубки	Нейлон, поліестер, полівінілхлорид	Вимоги замовника	
26	Особливості	Графічний індикатор рівня АТ, датчик правильної фіксації манжети, технології інтелектуального управління Intellisense	Вимоги замовника	

2 Комплектність поставки продукції

Продукція постачається в кількості згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0197	Технічна специфікація до предмета закупівлі Тонометр автоматичний Omron M2 Classic або еквівалент	Аркуш	6
ВОЗ		Зміна	

ДОДАТОК А

Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції

А.1 Загальні положення

А.1.1 Поставка тонометра автоматичний Omron M2 Classic, OM-M2 CL або еквівалента (далі тонометра автоматичний) виконується з метою заміни відпрацьованих тонометрів на нові.

А.1.2 Продукція за цією технічною специфікацією до предмета закупівлі закуповується для виконання заходів щодо заміни використаних тонометрів.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція, наведений в таблиці А.2.

Таблиця А.2 – Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
СОУ НАЕК 005:2021	Управління закупівлями (поставками) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту
СОУ НАЕК 012:2012	Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників
СОУ НАЕК 022:2014	Інтегрована система управління. Управління невідповідностями
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП компанії
СОУ НАЕК 042:2017	Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції
СОУ НАЕК 077:2020	Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії

ТСдоПЗ(т).23.0022.0197	Технічна специфікація до предмета закупівлі Тонометр автоматичний Omron M2 Classic або еквівалент	Аркуш	7
ВОЗ		Зміна	

А.3 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.3.1 Комплект поставки:

- Тонометр (електронний блок)
- Віялоподібна універсальна манжета 22 - 42 см
- 4 батарейки АА
- Мережевий адаптер
- Сумочка для зберігання і перенесення

А.3.2 На пакуванні кожного тонометра повинні міститися наступні елементи та інформація:

- товарний знак та назва підприємства-виробника;
- модель тонометра;
- серійний номер;

А.4 Випробування та приймання продукції

А.4.1 Вхідний контроль картриджей на майданчику замовника здійснюється відповідно до СОУ НАЕК 038 та процедур, що діють у ВП ЮУАЕС.

А.4.2 Постачальник повинен компенсувати замовнику збитки (у випадку їхньої наявності), понесені в результаті виникнення дефектів та/або невідповідностей устаткування протягом гарантійного строку експлуатації.

А.5 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

У комплект поставки разом з тонометром повинні входити документи:

- інструкція;
- гарантійний талон.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0197	Технічна специфікація до предмета закупівлі Тонометр автоматичний Omron M2 Classic або еквівалент	Аркуш	8
ВОЗ		Зміна	

ДОДАТОК Б

Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції

Документи, які мають надати учасники у складі тендерної пропозиції для підтвердження своєї здатності виготовити/поставити продукцію, що відповідає вимогам цієї технічної специфікації до предмета закупівлі (розділам «Технічні характеристики предмета закупівля» та «Комплектність поставки продукції»):

- лист за підписом керівника учасника про те, що учасник, у разі визначення його переможцем процедури закупівлі, погоджується включити до умов договору про закупівлю вимоги, встановлені у Додатку А до Технічної специфікації до предмета закупівлі.

