

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Південноукраїнська АЕС»
Відділ охорони здоров'я

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інспектор ВП ПАЕС

 І. ПАНІН

« 07 » 07 2022 р.

**Технічна специфікація до предмета закупівлі
Джгут кровоспинний типу Турнікет
або еквівалент**

ТСдоПЗ(т).23.0022.0073-2022

ТСдоПЗ(т).23.0022.0073	Технічна специфікація до предмета закупівлі Джгут кровоспинний типу Турнікет або еквівалент	Аркуш	2
ВОЗ		Зміна	

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
ПОГОДЖЕНО			
Начальник УВТК		05.07.2022	О. КУЗЬМЕНКО
Начальник ВТС		24.06.22	Д. МІТЮШЕВ
Начальник ВОЗ		24.06.2022	Г. ХМІЛЄВСЬКА
Завідувач здоров'ям пунктом		24.06.22	С. ЛЕВИЦЬКА
РОЗРОБЛЕНО			
Інженер ВОЗ		24.06.2022	І. БУРЛУЄВА

Інженер ВОЗ  О. Кузьменко

ТСдоПЗ(т).23.0022.0073	Технічна специфікація до предмета закупівлі Джгут кровоспинний типу Турнікет або еквівалент	Аркуш	3
ВОЗ		Зміна	

ЗМІСТ

	Стор.
1 Технічні характеристики предмета закупівлі	4
2 Комплектність поставки продукції.....	4
Додаток А_Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції	5
Додаток Б_Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції	7

ТСдоПЗ(т).23.0022.0073	Технічна специфікація до предмета закупівлі Джгут кровоспинний типу Турнікет або еквівалент	Аркуш	4
ВОЗ		Зміна	

1 Технічні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1 – Технічні характеристики предмета закупівлі

П.н.	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1	Довжина всього виробу у розгорнутому вигляді, мм	930 +5%	Вимоги замовника	
2	Ширина внутрішнього компресійного елемента (стропа), мм	25 +/-5	Вимоги замовника	
3	Ширина зовнішнього фіксуючого елемента (чохол), мм	40 +5%;	Вимоги замовника	
4	Застібка типу «велкро», мм	довжина – 840 +5%, ширина – 40 +5%	Вимоги замовника	
5	Стоп-фіксатор, мм	пластиковий, довжина – не менше 140 +5%, діаметр – не менше 12 +5%	Вимоги замовника	
6	Планшетка, мм	пластикові, довжина – 90 +5%, ширина – 40 +5%	Вимоги замовника	
7	Пряжка	прямокутна, пластикова, двухщільова	Вимоги замовника	

2 Комплектність поставки продукції

Продукція постачається в кількості згідно з тендерною документацією

ТСдоПЗ(т).23.0022.0073	Технічна специфікація до предмета закупівлі Джгут кровоспинний типу Турнікет або еквівалент	Аркуш	5
ВОЗ		Зміна	

ДОДАТОК А

Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції

А.1 Загальні положення

А.1.1 Поставка джгута кровоспинного типу Турнікет або еквівалента виконується з метою заміни відпрацьованого на новий.

А.1.2 Продукція за цією технічною специфікацією до предмета закупівлі закуповується для виконання заходів щодо надання невідкладної долікарської медичної допомоги.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція, наведений в таблиці А.2.

Таблиця А.2 – Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
СОУ НАЕК 005:2021	Управління закупівлями (поставками) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту
СОУ НАЕК 012:2021	Управління поставками(закупівлями) продукції. Оцінка постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок
СОУ НАЕК 022:2014	Інтегрована система управління. Управління невідповідностями
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП компанії
СОУ НАЕК 042:2022	Управління поставками (закупівлями) продукції. Організація закупівель продукції, робіт та послуг.
СОУ НАЕК 077:2020	Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

Допускається застосування інших міжнародних або національних правил і стандартів за умови, що вимоги цих правил і стандартів, принаймні, еквівалентні вимогам правил і стандартів, пред'явлених в таблиці 2.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0073	Технічна специфікація до предмета закупівлі Джгут кровоспинний типу Турнікет або еквівалент	Аркуш	6
ВОЗ		Зміна	

А.3 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.3.1 Комплект поставки:

- джгут кровоспинний типу Турнікет – 1 шт;
- інструкція – 1 шт.

А.3.2 На пакуванні повинні міститися наступні елементи та інформація:

- виробник,
- реєстраційний номер,
- дата виготовлення.

А.4 Випробування та приймання продукції

А.4.1 Вхідний контроль на майданчику замовника здійснюється відповідно до СОУ НАЕК 038 та процедур, що діють у ВП ПАЕС.

А.4.2 Постачальник повинен компенсувати замовнику збитки (у випадку їхньої наявності), понесені в результаті виникнення дефектів та/або невідповідностей устаткування протягом гарантійного строку експлуатації.

А.5 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

У комплект поставки повинні входити документи:

- паспорт або інструкція або керівництво з експлуатації.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0073	Технічна специфікація до предмета закупівлі Джгут кровоспинний типу Турнікет або еквівалент	Аркуш	7
ВОЗ		Зміна	

ДОДАТОК Б

Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції

Надати замовнику:

- інформацію про виробника продукції;
- сертифікат якості продукції;
- документальне підтвердження відповідності технічних характеристик еквіваленту технічним характеристикам товару, що закуповується, за підписом керівника процедури закупівлі.