

Серія АА

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 006283

№ **ОВ 010985**

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код 21721086

Видана **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕДЕКСПЕРТ»**
(ТОВ «УМЕ»)

03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 27, офіс 915

(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

Ідентифікаційний код юридичної особи

40130192

На право провадження
діяльності

**використання
джерел іонізуючого випромінювання**

(вид діяльності)

Місце провадження
діяльності

**м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8 та медичні
заклади на території України**

(адреса місця провадження діяльності суб'єкта або адреси його територіально відокремлених підрозділів, за якими провадиться діяльність)

Перелік документів, на підставі яких прийнято
рішення про видачу ліцензії

згідно з розділом 1

Технологічні процеси або види господарської
діяльності, в яких використовуються джерела
іонізуючого випромінювання

**послуги з радіаційної
безпеки**

Умови провадження виду діяльності

згідно з розділом 2

Дата видачі

«05» лютого 2016 р.

Дата переоформлення

«13» травня 2021 р.

Строк дії ліцензії

з «05» лютого 2016 р. по «05» лютого 2024 р.

Заступник Голови – заступник
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки
України

Руслана ТРІПАЙЛО



ДИРЕКТОР

НАТАЛІЯ БОРОДКІНА
13 10 2022



Ліцензія переоформлена на новому бланку з урахуванням змін:

від 14.07.2017;

від 18.08.2017;

від 24.01.2019, строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 05.02.2024);

від 13.05.2021.

**Заступник Голови – заступник
Головного державного інспектора з
ядерної та радіаційної безпеки України**

**Руслана ТРІПАЙЛО****ВНЕСЕННЯ ЗМІН:**

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
НАТАЛІЯ БОРОДКІНА
13 10 2022



Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має здійснюватися ліцензіатом згідно з «Вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання», затвердженими наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії

- 1.1. Заяви: (вх. Північної держінспекції: від 23.12.2015 за №116; вх. Держатомрегулювання: від 12.06.2017 за № Л394; від 17.08.2017 за № Л612; від 17.01.2019 № Л58; від 12.03.2021 № Л473) та подані разом з ними документи.
- 1.2. Накази: Північної держінспекції від 05.02.2016 № 04; Держатомрегулювання: від 14.07.2017 № 257; від 18.08.2017 № 303; від 24.01.2019 № 28; від 13.05.2021 № 283.

Розділ 2. Умови провадження діяльності

2.1. Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ - пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання, у межах встановлених нижче параметрів:

- 1) комп'ютерні томографи SCT та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ;
- 2) система рентгенівська RS-50A та всі її моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;
- 3) рентгеноскопична система типу С-арка Opescore та всі її моделі, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ;
- 4) мобільні рентгенографічні системи типів: MobileDaRt; MobileDaRt Evolution; MobileArt Evolution, та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 133 кВ;
- 5) мобільні рентгенографічні системи MobileArt Plus (Eco) та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;
- 6) рентгенографічні системи типів: RADSpeed (fit; Pro); Ezy-Rad Pro, та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;
- 7) стаціонарна рентгеноскопична система SONIALVISION та всі її моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;
- 8) рентгеноскопична система FLEXAVISION та всі її моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;
- 9) ангіографічні системи цифрові типів: BRANSIST alexa (safire); Trinias, та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;
- 10) системи мамографічні рентгенівські Planmed Clarity (Sophine; Verity) та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: технічне обслуговування; ремонт; налагоджування; монтаж; демонтаж; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання.

- 2.2. Зберігання ДІВ дозволяється лише за умови наявності чинного договору оренди приміщення.
- 2.3. Ліцензіат забезпечує реєстрацію ДІВ відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718.
- 2.4. У разі виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели чи можуть призвести до порушень норм і правил радіаційної безпеки, ліцензіат повинен протягом доби проінформувати Держатомрегулювання за телефоном (044) 254-43-34, Північну інспекцію Держатомрегулювання за телефоном (044) 277-12-24.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР

НАТАЛІЯ БОРОДКІНА

13 10 2022



Начальник Північної інспекції

Тетяна ЗОЛКОВЕР



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР

НАТАЛІЯ БОРОДКІНА

13 10 2022

