

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Південноукраїнська АЕС»
Цех теплової автоматики та вимірювань

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗГЛЕДСКУ

В. ЧУМАК




«4» 08 2022р.

Технічна специфікація до предмета закупівлі
Пірометр лазерний GM900 або еквівалент

ТСдоПЗ(т).23.0011.0290-2022

ТСдоПЗ(т).23.0011.0290-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пірометр лазерний GM900 або еквівалент	Аркуш	2
ЦТАВ		Зміна	

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
Погоджено			
Начальник ВТС		20.06.22	Дмитро МІТЮШЕВ
Начальник УВТК		09.06.22	Олексій КУЗЬМЕНКО
Начальник ЦТАВ		06.06.22	Андрій ПИЛИПЧУК
Розробив			
Інженер ДЦР ЦТАВ		06.06.22	Анна САВЕЛЬЄВА

Серієнко Н.В. 

ТСдоПЗ(т).23.0011.0290-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі	Аркуш	3
ЦТАВ	Пірометр лазерний GM900 або еквівалент	Зміна	

ЗМІСТ

	Стор.
1 Технічні характеристики предмета закупівлі.....	4
2 Комплектність поставки продукції.....	4
Додаток А _ Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції.....	5
Додаток Б _ Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції.....	7

ТСдоПЗ(т).23.0011.0290-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пірометр лазерний GM900 або еквівалент	Аркуш	4
ЦТАВ		Зміна	

1 Технічні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1 Технічні характеристики пірометра лазерного GM900 або еквіваленту

№ з/п	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1	2	3	4	5
Опис характеристик предмета закупівлі				
1.	Принцип дії	інфрачервоний		
2.	Тип візуалізації	текстово-цифровий		
3.	Діапазон вимірювання, °C	від -50 до + 950		
4.	Одиниця виміру	°C/°F		
5.	Цілепоказчик	крапковий		
6.	Коефіцієнт випромінювальної здатності	від 0,1 до 1,00		

2 Комплектність поставки продукції

Разом з предметом закупівлі постачальник, з яким укладено відповідний контракт, надає (гарантійний лист Постачальника або паспорт, або сертифікат, або інший документ, підтверджуючий якість товару (завірені печаткою постачальника)).

ТСдоПЗ(т).23.0011.0290-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі	Аркуш	5
ЦТАВ	Пірометр лазерний GM900 або еквівалент	Зміна	

ДОДАТОК А

Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції

А.1 Загальні положення

А.1.1 Поставка пірометра виконується з метою забезпечення персонала необхідним інструментом для виконання ремонтних робіт.

А.1.2 Продукція за цією технічною специфікацією до предмета закупівлі закуповується для виконання заходів по ремонту.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція, наведений в таблиці А.2.

Таблиця А.2 – Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
СОУ НАЕК 005:2021	Управління закупівлями (поставками) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту
СОУ НАЕК 012:2021	Управління поставками (закупівлями) продукції. Оцінка постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок.
СОУ НАЕК 022:2014	Інтегрована система управління. Управління невідповідностями
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП компанії
СОУ НАЕК 042:2017	Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції
СОУ НАЕК 077:2020	Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

Допускається застосування інших міжнародних або національних правил і стандартів за умови, що вимоги цих правил і стандартів, принаймні, еквівалентні вимогам правил і стандартів, зазначених у таблиці А.2. Якщо буде потреба постачальник повинен довести цю еквівалентність. Відповідні витрати повинні бути віднесені на рахунок постачальника.

ТСдоПЗ(т).23.0011.0290-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пірометр лазерний GM900 або еквівалент	Аркуш	6
ЦТАВ		Зміна	

Учасник торгів може отримати офіційні копії національних стандартів наведених у даному розділі, за наступною адресою: uas.org.ua - сайт ДП «Український науково-дослідницький і навчальний центр стандартизації, сертифікації і якості» м. Київ.

Копії стандартів ДП «НАЕК «Енергоатом», на які є посилання в ТС розміщені на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» і можуть бути надіслані учасникові торгів, після одержання письмового запиту.

А.3 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.3.1 Пірометр повинний бути в індивідуальній упаковці, яка гарантує цілісність продукції. Упаковка не повинна мати порізів, вм'ятин, деформацій, ознак відкривання.

А.3.2 На пакуванні пірометра повинна міститися наступна інформація:

- товарний знак та назва підприємства-виробника;
- назва моделі;
- заводський номер;
- QR код (штрихкод);
- дата виробництва;
- захисна голографічна наклейка, оригінальність і достовірність якої визначається способом, рекомендованим виробником.

А.4 Випробування та приймання продукції

А.4.1 Вхідний контроль на майданчику вантажоодержувача ВП СГ ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснюється відповідно до СОУ НАЕК 038 та процедур, що діють у ВП ПАЕС.

А.4.2 Постачальник повинен компенсувати замовнику збитки (у випадку їхньої наявності), понесені в результаті виникнення дефектів та/або невідповідностей устаткування протягом гарантійного строку експлуатації.

А.5 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

З товаром ПОСТАЧАЛЬНИК надає ПОКУПЦЮ - гарантійний лист Постачальника або паспорт, або сертифікат, або інший документ підтверджуючий якість товару (завірені печаткою постачальника).

Постачальник надає гарантію товару належної якості у повній відповідності з встановленими до неї технічними вимогами і нормативними документами протягом не менше 12 місяців.

ТСдоПЗ(т).23.0011.0290-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Пірометр лазерний GM900 або еквівалент	Аркуш	7
ЦТАВ		Зміна	

ДОДАТОК Б

Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції

Документи, які мають надати учасники у складі тендерної пропозиції для підтвердження своєї здатності виготовити/поставити продукцію, що відповідає вимогам цієї технічної специфікації до предмета закупівлі (розділам «Технічні характеристики предмета закупівля» та «Комплектність поставки продукції»):

Файл у форматі pdf (лист, довідка або інше), відсканований з підтвердження про відповідність запропонованого товару технічним характеристикам наведеним в технічній специфікації.