

ПРОТОКОЛ 19

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

м. Первомайськ

31.01.2023р

Керуючись вимогами статті 11 та 24 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положенням про уповноважену особу, що затверджене рішенням (КНП «ПЦМБЛ») від 21 квітня 2020 р. №69-АГ/1.

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалось не менше семи днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА):

1. Внести зміни до тендерної документації, на закупівлю код ДК 021:2015- 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (відеоколоноскоп) НК 024:2019: 35616 — Система ендоскопічної візуалізації та викласти в новій редакції з урахуванням внесених змін (додається), а також затвердити перелік змін, що вносяться до документації, у вигляді окремого документу (додається).

2. Забезпечити оприлюднення документації в новій редакції з урахуванням внесених змін через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель, а так само переліку змін, що вносяться до документації, у вигляді окремого документу у порядку, передбачено статтями 10 та 24 Закону.

- Внести зміни до тендерної документації, а саме Додатку 2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (медико-технічні вимоги):

БУЛО:

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Відповідність Так/Ні та назва технічного документу яким підтверджується відповідність, № сторінки
2	Відеоколоноскоп - 1 шт.		
2.1	Призначення виробу, не гірше	Для огляду та діагностики всіх типів патологічних змін в області нижнього відділу травневого тракту	Так, сторінка 1-1 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу ЕС-720R / I

2.2	КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) матриця, встановлена в дистальній частині ендоскопа	Наявність	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.3	Можливість автоклавування клапанів вода / повітря і аспірації	Наявність	Так, сторінка 2-5 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.4	Пряме направлення огляду	Наявність	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.5	Кут поля зору, не менше	170 °	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.7	Глибина різкості, не менше	2-100 мм	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.8	Зовнішній діаметр трубки введення, не більше	12,8 мм	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.9	Зовнішній діаметр дистальної частини, не більше	12,8 мм	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.10	Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця ввєрх, не менше	180°	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.11	Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця вниз, не менше	180°	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.12	Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця праворуч, не менше	160°	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.13	Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця ліворуч, не менше	160°	Так, додаток інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.14	Робоча довжина, не менше	1520 мм	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.15	Внутрішній діаметр інструментального каналу,	3,8 мм	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу

	не менше		EC-720R / I
2.16	Можливість повного занурення в рідину при обробці (повністю герметичний)	Наявність	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I
2.17	Канал для додаткової подачі води	Наявність	Так, додаток 4 інструкції з експлуатації відеоколоноскопу EC-720R / I

СТАЛО:

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Відповідність Так/Ні та назва технічного документу яким підтверджується відповідність, № сторінки
2	Відеоколоноскоп - 1 шт.		
2.1	Призначення виробу, не гірше	Для огляду та діагностики всіх типів патологічних змін в області нижнього відділу травного тракту	
2.2	КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) матриця, встановлена в дистальній частині ендоскопа	Наявність	
2.3	Можливість автоклавування клапанів вода / повітря і аспірації	Наявність	
2.4	Пряме направлення огляду	Наявність	
2.5	Кут поля зору, не менше	170 °	
2.7	Глибина різкості, не менше	2-100 мм	
2.8	Зовнішній діаметр трубки введення, не більше	12,8 мм	
2.9	Зовнішній діаметр дистальної частини, не більше	12,8 мм	
2.10	Діапазон зміни кута відхилення дистального	180°	

	кінця вверх, не менше		
2.11	Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця вниз, не менше	180°	
2.12	Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця праворуч, не менше	160°	
2.13	Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця ліворуч, не менше	160°	
2.14	Робоча довжина, не менше	1520 мм	
2.15	Внутрішній діаметр інструментального каналу, не менше	3,8 мм	
2.16	Можливість повного занурення в рідину при обробці (повністю герметичний)	Наявність	
2.17	Канал для додаткової подачі води	Наявність	

- Внести зміни до тендерної документації, а саме Додатку 3 до тендерної документації «Проект договору»

БУЛО	СТАЛО
1. 4.1. Розрахунки здійснюються відповідно в безготівковому порядку шляхом оплати Замовником вартості Товару протягом 15-ти банківських днів з дати поставки Товару на підставі видаткової накладної та рахунку	1. 4.1. Розрахунки здійснюються відповідно в безготівковому порядку шляхом оплати Замовником вартості Товару протягом 10-ти банківських днів з дати поставки Товару на підставі видаткової накладної та рахунку
2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару). Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених в статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».	2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару). Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених в пункті 19 ОСОБЛИВОСТЕЙ, а саме: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін

до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Уповноважена особа



Т.М. Вагін