Додаток №2

Технічні вимоги до предмету закупівлі:
Код ДК 021:2015 – 73430000-5 «Випробування та оцінювання» (Послуги з проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за модулем F дозиметрів ДКГ-23 в кількості 220 шт.)

1 Загальна інформація про об'єкти оцінювання:

1.1 дозиметр гамма випромінення індивідуальний ДКГ-23, розроблений приватним підприємством «Науково-виробниче приватне підпиємство «Спаринг-Віст Центр» та пройшов частину оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ТР) затвердженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94, перевірку типу (модуль В), про що свідчать Сертифікати перевірки типу UA.TR.113-0275-18 версія 3 від 25.01.2022 р. виданий ООВ «Метрологія» ННЦ «Інститут метрології

1.2 Зразки дозиметрів ДКГ-23, відносно яких належить провести оцінку відповідності за модулем F, виготовлені у повній відповідності з описаним в вищезгаданих сертифікаті, затвердженому типу засобу вимірювальної техніки.

2 Основні технічні вимоги

2.1 Провести випробування наданих замовником зразків дозиметрів ДКГ-23 в кількості 220 одиниць, з метою оцінки відповідності їх ТР та затвердженому типу ЗВТ, (модуль F згідно ТР).

2.2 Провести в разі успішних випробувань, всі необхідні процедури, які передбачені ТР.

3 Вимоги до учасника

3.1 Учасник повинен бути призначений як Орган з оцінки відповідності (ООВ) щодо Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до Закону України від 15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

3.2 Сфера призначення ООВ учасника повинна розповсюджуватися на категорію ЗВТ, до якої належать дозиметри.

Інженер з метрології Олег ДОВГАНЮК