

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та їх документальне підтвердження
Дозиметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА» з Bluetooth – каналом, Код ЄЗС за ДК 38340000-0: Прилади для вимірювання величин
Основні технічні характеристики

Найменування товару	Дозиметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА» з Bluetooth – каналом
Одиниця виміру	Шт.
Кількість	14
Діапазон вимірів ПЕД фотонного іонізуючого випромінювання	0.1 ... 9 999 мкЗв/год
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД фотонного іонізуючого випромінювання з довірчою імовірністю 0.95	$(15+2/H^{*}(10)) \%$, де $H^{*}(10)$ – числове значення виміряної ПЕД, виражене в мкЗв/год
Діапазон вимірів ЕД фотонного іонізуючого випромінювання	0.001 ... 9 999 мЗв
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ЕД фотонного іонізуючого випромінювання з довірчою імовірністю 0.95	$\pm 15 \%$
Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінювання, що реєструється	0.05 ... 3 MeV
Енергетична залежність показів дозиметра при вимірюванні ПЕД та ЕД фотонного іонізуючого випромінювання в енергетичному діапазоні від 0.05 MeV до 1.25 MeV	$\pm 25 \%$
Діапазон вимірів поверхневої густини потоку частинок бета-випромінювання	10 ... 100 000 част./($\text{см}^2 \cdot \text{хв}$)
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета-випромінювання з довірчою імовірністю 0.95	$(20+200/\varphi\beta) \%$, де $\varphi\beta$ – числове значення виміряної поверхневої густини потоку частинок бета-випромінювання, виражене в част./($\text{см}^2 \cdot \text{хв}$)
Діапазон енергій бета-частинок, що реєструються	0.5 ... 3 MeV
Діапазон вимірів часу накопичення ЕД	9 999 год
Дискретність відображення часу накопичення ЕД в діапазоні - від 0 до 100 год - від 100 год до 9 999 год	1 хв 1 год
Границя допустимої абсолютної похибки при вимірюванні часу накопичення ЕД за 24 год	$\pm 1 \text{ хв}$
Час установлення робочого режиму дозиметра, не більше	1 хв
Час неперервної роботи дозиметра при живленні від нової батареї з двох гальванічних елементів ємністю 1 280 мА·год при температурі 20 °С та за умов фонових випромінень і вимкненого підсвічування РКІ, не менше	2 000 год
Номінальна напруга живлення дозиметра	3 В
Діапазон робочих температур	- 20 ... + 50 °С
Габаритні розміри дозиметра, не більше	55 × 26 × 120 мм
Маса дозиметра, не більше	0.2 кг

Товар повинен бути новим і такий, що не був у використанні, непошкодженим.

Гарантійний термін – 12 місяців з дати поставки.

Строк поставки Товару: не більше 10-ти календарних днів з дати отримання
Постачальником письмової рознарядки (заявки) від Покупця.

Строк заміни дефектного (неякісного) Товару/виправлення (усунення) дефектів: не більше 20-ти календарних днів з дати виявлення дефектного (неякісного) Товару.

Документальне підтвердження технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі

№ з/п	Тип документів або даних	Технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання, вимогам тендерної документації.
1.	Документи щодо підтвердження відповідності (Документи щодо підтвердження відповідності надаються учасником ще раз при постачанні продукції, якщо учасник буде визнаний переможцем)	1.1 На продукцію, щодо якої проводиться добровільна оцінка відповідності заявленим вимогам надати оригінал або копію одного з наступних документів про відповідність: - декларації (у тому числі декларації про відповідність); - протоколу (у тому числі протоколу випробувань); - звіту; - висновку; - сертифікату (у тому числі сертифікату відповідності); - атестату; - іншого документу, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об'єкта оцінки відповідності. Для випадку добровільної оцінки відповідності декларація про відповідність має бути складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 із посиланням на документи, складені за результатами проведеної оцінки відповідності продукції органами з оцінки відповідності.
2.	Документи щодо підтвердження виконання заданих вимог на товар	2.1 На кожен вид продукції надати скановані зразки документів, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості тощо). 2.2 Учасник повинен надати довідку довільної форми про те, що технічні та якісні характеристики предмету закупівлі передбачають заходи із захисту довкілля.
3.	Надання правових документів щодо виготовлення та постачання товару	3.1 На продукцію, яка виготовлена та походить з території Російської Федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».
4.	Надання даних для внесення до договору постачання товару	4.1 Надати «ПРОПОЗИЦІЮ (технічну частину)» із заповненою відповідно до інструкції таблицею «Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики Товару, який пропонується до постачання» (Додаток А).
5.	Інші вимоги	Не зазначаються