



ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОБОРОННОЇ РОБОТИ
ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Смілянська 131/1, м. Черкаси, 18029, тел. (0472) 31-65-26, 31-65-33

e-mail: 23000072@ck.gov.ua Код ЄДРПОУ 23000072

Про внесення змін до тендерної документації

Керуючись ч.2 ст.24 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 54 Особливостей, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 року № 1178 (зі змінами), згідно протокольного рішення уповноваженої особи від 03.11.2023 року, внесено зміни до тендерної документації Дозиметр-радіометр (для визначення потужності експозиційної дози) «ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин, до додати пункти, затвердженої протокольным рішенням уповноваженої особи від 27.10.2023 р.

ПЕРЕЛІК ЗМІН

1. Внести зміни до Додатку 1 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: Дозиметр-радіометр (для визначення потужності експозиційної дози) «ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин, виклавши його в новій редакції:

Додаток 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: Дозиметр-радіометр (для визначення потужності експозиційної дози) «ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин

№ з\п	Найменування товару	Од. вим.	К-сть
1	Дозиметр-радіометр	шт	100

Технічні вимоги

- Типи вимірювальних випромінювань: Рентгенівське, Гамма, Бета;
- Діапазон вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПЕД): 0,01 мкЗв/год – 10 мЗв/год;
- Діапазон вимірювання амбієнтного еквівалента дози (ЕД): 0,01 мкЗв - 9999 Зв;
- Енергетичні діапазони вимірювання: 40 кеВ - 3,0 МеВ;
- Наявність пошукового режиму – індикація кількості імпульсів з секунду;
- Відносні похибки енергетичної залежності (¹³⁷Cs): $\leq \pm 25\%$;
- Основні відносні похибки: $\leq \pm 10\%$ (при 20 мкЗв/год);

- Діапазон регулювання порогового рівня сигналізації відносно потужності дози випромінювання: регулюється в межах діапазону;
- Діапазон регулювання порогового рівня спрацювання сигналізації відносно дози випромінювання: регулюється в межах повного діапазону;
- Час спрацювання сигналізації при перевищенні фонового значення в 10 разів: ≤ 6 секунд;
- Одиниця виміру:
ПЕД: (мкЗв/год, мЗв/год, Зв/год),
ЕД: (мкЗв, мЗв, Зв);
- Живлення: дві батарейки типу ААА; відображення заряду батареї
- Розмір: 125x55x26 (мм);
- Вага: 100 г (без батарейок).

Функції

- Сигналізація перевищення запрограмованих порогових рівнів;
- Фіксація максимального значення ПЕД;
- Годинник і будильник;
- Світлова індикація реєстрації імпульсів: подання світлових сигналів різної частоти залежно від сили випромінювання – чим сильніше випромінювання, тим вища частота;
- Наявність чохла для кріплення на пояс/ремінь;
- Наявність розкладної штанги довжиною не менше 30 см, з тримачем для дозиметра.

**В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

Уповноважена особа

Дмитро ЧУХРІЙ